



TS 12361:2002
T1 : Nisan 2003

ICS : 03.080.30

Bu tadil, TSE Hizmet Standardları Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun 30 Nisan 2003 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Yetkili servisler – Genel kurallar

Competent services – General rules

ESKİ METİN

Atıf yapılan standartlar
References

.....
.....
.....

YENİ METİN

Atıf yapılan standartlar
References

.....
.....
.....

TS EN ISO/IEC 17025/Mayıs 2000 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar”
“General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”

ESKİ METİN

1.3.4 Serviste bulunan ölçü cihazlarının kullanılan fonksiyonları kalibre edilmelidir.

Bu kalibrasyon;

- İthal edilen ürünler için imalâtçı firma tarafından yapılabilmeli ve bu işlem belgelendirilmeli,
- Kendi kendini kalibre etme özelliği bulunan cihazlar için bu özelliği belgelendirilmeli,
- Diğer cihazlar için imalâtçı firma tarafından veya izlenebilir bir lâboratuvar tarafından yapılabilmelidir.

Merkez ve bağlı servisler şeklinde hizmet verildiği hallerde kalibrasyon hizmetinde görevli eleman konusunda yeterli eğitim almış olması şartıyla, kalibrasyonu yapılan cihazlar emsal alınarak mukayese suretiyle servislerin cihazları kalibre edilebilir. Servisler kalibrasyon işlemlerini kayıt altına almalıdır.

YENİ METİN

1.3.4 Serviste bulunan ölçü cihazlarının kullanılan fonksiyonlarının kalibre edilmesi yeterlidir.

Bu kalibrasyon;

- Öncelikle akredite edilmiş laboratuvar tarafından,
- Akredite edilmiş laboratuvar olmaması durumunda, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre bir kalite sistemi uygulayan laboratuvar tarafından,
- Bununda mümkün olmaması durumunda kalibrasyon eğitim sertifikasına sahip eleman tarafından kalibrasyon sertifikası bulunan referans cihazlar esas alınarak yapılabilir.